

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение науки «Научно-исследовательский институт дезинфектологии»
(ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд д. 18, 18 А
телефон (495) 332-01-42, факс (495) 332-01-02, E-mail: info@niid.ru
ОКПО 01897438, ОГРН 1027739834396, ИНН 7728021048, КПП 772801001



УТВЕРЖДАЮ
Директор
ФБУН НИИДезинфектологии
Роспотребнадзора
Н.В. Шестопалов
« 06 » июня 2020 г.

ПРОТОКОЛ
ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 11.255-3691/20 от 29 июня 2020 г.

1. Заявитель (наименование предприятия, организации): ООО «ИННОВАЦИЯ»
2. Юридический адрес заявителя: 188506, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Малое Карлино, Пушкинское шоссе, д. 50, помещение 5, Россия
3. Наименование продукции (образца), код образца: средство дезинфицирующее «КТ-DEZAGENT», 3691
4. Изготовитель (наименование предприятия, организации): ООО «ИННОВАЦИЯ»
5. Юридический адрес изготовителя: 188506, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Малое Карлино, Пушкинское шоссе, д. 50, помещение 5, Россия
6. Акт отбора образцов (проб): от 16.06.2020 г.
Дата отбора 16.06.2020 г., опытная партия, дата изготовления 16.06.2020 г.
7. Дата подачи заявки заказчиком на проведение испытаний: 03.06.2020
8. Дата получения образца: 19.06.2020
9. Дата начала проведения испытаний: 26.06.2020
10. Дата окончания проведения испытаний: 29.06.2020
11. НД на продукцию: ТУ 20.20.14-002-16012364-2020

Общее количество страниц 2; страница 1

Протокол испытаний распространяется только на данный образец и не может быть воспроизведен частично или полностью без разрешения ИЛЦ ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора

12. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Величина допустимого уровня	Результаты измерений	НД на методы исследования
1	2	3	4	5
1.	Внешний вид, цвет	Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость	ГОСТ 27025 п.1
3.	Запах	Специфический	Специфический	ГОСТ 27025 п.2
4.	Плотность при 20°C, г/см ³	1,00 - 1,10	1,027 ± 0,001	ГОСТ 18995.1
5.	Показатель активности водородных ионов, pH, средства, ед. pH	8,0 – 12,0	9,2 ± 0,1	ГОСТ Р 58151.3 п.10
6.	Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, %	5,5 - 6,5	6,12 ± 0,31	ГОСТ Р 57474

Испытания проведены на оборудовании:

1. Базовый pH-метр «Sartorius PB-11», инвентарный №131173, дата ввода в эксплуатацию 2013 г.;
2. Весы лабораторные «AND GR-200», инвентарный №133309, дата ввода в эксплуатацию: 2015 г.;
3. Набор ареометров «АОН-1», инвентарный №ос8268м, дата ввода в эксплуатацию: 2018 г.

Заключение: образцы средства дезинфицирующего «КТ-DEZAGENT», производства ООО «ИННОВАЦИЯ», Россия, по физико-химическим показателям соответствуют требованиям ТУ 20.20.14-002-16012364-2020.

В.н.с. – заведующий лабораторией
химических исследований
дезинфекционных средств

С.В. Андреев

Руководитель ИЛЦ

А.И. Алейникова